

From: Maria Monou [<mailto:maria.monou@minascompany.gr>]
Sent: Wednesday, May 16, 2018 8:47 PM
To: gr.prom@ophthalmiatreio.gr
Cc: info@minascompany.gr
Subject: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της παραπάνω διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε μία επισήμανσή μας, όσον αφορά τις προδιαγραφές των λαβιδών.

Κατά την γνώμη μας θα πρέπει να αναφέρεται και ο τύπος της λαβής, σημαντικό χαρακτηριστικό για το άριστο κλείσιμο της λαβίδας.

Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε για τις προδιαγραφές 7, 8, 9, 10, 11, 12, να προστεθεί η παρακάτω πρόταση:

“Η λαβίδα να διαθέτει λαβή τύπου “Squeeze”, ίδιας ποιότητας με αυτή των επαναποστειρούμενων λαβιδών, ώστε το “κλείσιμο” της λαβής να είναι απόλυτα συγχρονισμένο με το άκρο της λαβίδας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε.

Με εκτίμηση

Μαρία Μόνου
Υπεύθυνη Τμήματος Πωλήσεων
Minopta
Τηλ. 210 6540165 , 6932235600