

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λ. Κηφισίας 18 - 151 25 Μαρούσι

T: +30 210 6878 300

A. Φ. Μ. 094450895 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

www.alcon.com

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

T: +30 210 6878 346 - 210 6878 359

FAX: 210 68 27 612

e-mail: tendersalcon.greece@alcon.com

ΠΡΟΣ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

– ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόψιν: κου Μητσόπουλου

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018

**ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΜΕ CPV
33731110-7 & 33141126-9**

Αξιότιμε κύριε Μητσόπουλε,

Σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη διαβούλευση, σας παραθέτουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

A/A ΕΙΔΟΥΣ 9

Προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή προκειμένου να μην είναι φωτογραφική, ως εξής: Χειρουργικά πεδία N/V μη υφασμάτινη ύφανση αποστειρωμένα σε διαστάσεις από 9 έως 105εκ X 115 εκ X 130 εκ, με σακούλα περισυλλογής υγρών για την φακοθρυψία, με αυτοκόλλητη διάφανη οκτάγωνη ή κυκλική περιοχή χάραξης οπής από το χειρουργό διαστάσεων 6 έως 10 εκ X 4 έως 10 εκ.

A/A ΕΙΔΟΥΣ 16

Προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως εξής: Διαστολείς ίριδος μικρής τομής 0,3 mm, με (4) κατ' ελάχιστον στορ χρωματισμένα προκειμένου να είναι ορατά κάτω από το μικροσκόπιο

A/A ΕΙΔΟΥΣ 32

Προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως εξής: Βαλβίδα γλαυκώματος εμφύτευμα για την ελεγχόμενη παροχέτευση ενδοφθάλμιου υγρού για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος τύπου Express , σε διαμέτρους 50mm και 200 τημ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Για την ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΛΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ. 094450895 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210-6878300 FAX: 210-6810348
Α.Τ.Η.Π. 3033

Μ. Κηπόσαγγλου

Key Account Manager