

ΠΡΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

E-mail: grprom2@ophthalmiatreio.gr

27 Μαρτίου 2018

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Γκιώνας 1Α
Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση
Τ: 210 20 20 232
Φ: 210 20 20 775
E: info@mavrogenis.com
www.coloplast.gr
www.amoena.gr
www.mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

14ο χλμ. Θεσ/κης-Ν. Μουδανιών
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τ: 2310 420 302
Φ: 2310 472 155
E: thessaloniki@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΤΡΑΣ**

Αρέθα 89
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Τ1: 2610 462 070,
Τ2: 2610 435 075
Φ: 2610 462 071
E: patra@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ**

Καποδιστρίου 2
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τ: 2410 672 902
Φ: 2410 625 079
E: larisa@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ**

Ετεοκρητών & Λυκείου 50
Κορώνη Μαγара
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο
Τ: 2810 280 310
Φ: 2810 280 310
E: iraklio@mavrogenis.com

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ CPV 33731110-7 ΚΑΙ 33141126-9»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής σας με αρ. πρωτ. 9633/20-03-2018 για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά εργαλεία και είδη μιας χρήσης) για τα CPV 33731110-7 και 33141126-9», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή ορίζεται ως «η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ... όπως ... η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του» καθώς και, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν 2955/2001, που επισημαίνει ότι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήση του»

Συνεπώς, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου, ως εξής:



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ CPV 33731110-7 ΚΑΙ 33141126-9

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	<u>(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)</u> <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u> <u>ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,4 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,4 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής στα 2mm για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.
3	<u>(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)</u> <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u> <u>ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,75 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,4 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής στα 2mm για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.
4	<u>(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)</u> <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u> <u>ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,6 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,6 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής στα 2mm για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.
38	<u>(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)</u> <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u> <u>ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	PROBE πλύσης Μ.Χ. τύπου by-manual 21G κεκαμένοι, να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα	Στυλεός πλύσης μιας χρήσης 21G κεκαμένος για αμφίχειρη τεχνική πλύσης/αναρρόφησης με λείο άκρο και δύο αντιδιαμετρικές οπές έγχυσης διαμέτρου 0,6mm ολικού μήκους 114mm
39	<u>(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)</u> <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u> <u>ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	PROBE αναρρόφησης Μ.Χ. τύπου by-manual 21G κεκαμένοι, να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα.	Στυλεός αναρρόφησης μιας χρήσης 21G κεκαμένος για αμφίχειρη τεχνική πλύσης/αναρρόφησης με τραχύ άκρο και διαμέτρου οπής αναρρόφησης 0,3mm ολικού μήκους 114mm

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΜΗΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΚΙΟΝΑΣ 1Α/ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 144 51
ΔΩΦ: 082525697 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Νίκος Σκούρας
Δ/ντής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος