

ΠΡΟΣ

1^Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

Υπόψη: κ. Παρασκευά

E-mail: gr.prom@ophthalmiatreio.gr

28 Απριλίου 2020

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Γκιώνας 1Α
Τ.Κ. 14451 Μεταμόρφωση
Τ: 210 20 20 232
Φ: 210 20 20 775
E: info@mavrogenis.com
www.coloplast.gr
www.amoena.gr

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 33141126-9»

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

14ο χλμ. Θεσ/κης-Ν. Μουδανιών
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τ: 2310 420 302
Φ: 2310 472 155
E: thessaloniki@mavrogenis.com

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής σας με αρ. πρωτ. 12116/16-04-2020 για την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 33141126-9», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΤΡΑΣ**

Αρέθα 89
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Τ1: 2610 462 070,
Τ2: 2610 435 075
Φ: 2610 462 071
E: patra@mavrogenis.com

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ**

Καποδιστρίου 2
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τ: 2410 672 902
Φ: 2410 625 079
E: larisa@mavrogenis.com

Σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή ορίζεται ως «η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ... όπως ... η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του» καθώς και, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν 2955/2001, που επισημαίνει ότι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήση του», σας υποβάλλουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας στις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου σας.

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ**

Ετεοκρητών & Λυκείου 50
Κορώνη Μαγάρá
Τ.Κ. 71305 Ηράκλειο
Τ: 2810 280 310
Φ: 2810 280 310
E: iraklio@mavrogenis.com



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,2 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.	Προτείνουμε την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/32/EU 10 Μαΐου 2010 που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό κύριας τομής γωνιωτό κατά 45° για τομή 2,2 mm με χάραξη ένδειξης βάθους τομής 2mm με άνω και κάτω κοπτικά σημεία. Με εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό και συρόμενο ελεγχόμενο κάλυμμα ασφαλείας της σταθερής χειρουργικής λεπίδας. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
2	Μαχαιρίδια βοηθητικής τομής 15° με χειρολαβή από χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.	Προτείνουμε την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/32/EU 10 Μαΐου 2010 που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό βοηθητικής τομής 15°. Με εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό και συρόμενο ελεγχόμενο κάλυμμα ασφαλείας της σταθερής χειρουργικής λεπίδας. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
3	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,4 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου	Προτείνουμε την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/32/EU 10 Μαΐου 2010 που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό κύριας τομής γωνιωτό κατά 45° για τομή 2,4mm με χάραξη ένδειξης βάθους τομής 2mm με άνω και κάτω κοπτικά σημεία. Με εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό και συρόμενο ελεγχόμενο κάλυμμα ασφαλείας της σταθερής χειρουργικής λεπίδας. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
4	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,75 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου	Προτείνουμε την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/32/EU 10 Μαΐου 2010 που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό κύριας τομής γωνιωτό κατά 45° για τομή 2,75 mm με χάραξη ένδειξης βάθους τομής 2mm με άνω και κάτω κοπτικά σημεία. Με εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό και συρόμενο ελεγχόμενο κάλυμμα ασφαλείας της σταθερής χειρουργικής λεπίδας. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
5	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,6 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανάκλασης του φωτός του μικροσκοπίου.	Προτείνουμε την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/32/EU 10 Μαΐου 2010 που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό κύριας τομής γωνιωτό κατά 45° για τομή 2,65 mm με χάραξη ένδειξης βάθους τομής 2mm με άνω και κάτω κοπτικά σημεία. Με εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό και συρόμενο ελεγχόμενο κάλυμμα ασφαλείας της σταθερής χειρουργικής λεπίδας. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.



A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
			συσκευασία.
6	Μαχαιρίδια A-OK ευθεία CRESCENT SAT με άνω κοπτικά σημεία, ευθύ 2.3mm περίπου.	Προτείνουμε τη χρήση υλικών που φέρουν επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα διότι προσφέρει μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης.	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό CRESCENT για τομή 2,5 mm με άνω κοπτικά σημεία γωνίας 55°. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανakλάσεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
7	Μαχαιρίδια γλαυκώματος bevel up με άνω κοπτικά σημεία κεκαμμένα για επεμβάσεις γλαυκώματος 2.3mm περίπου	Προτείνουμε τη χρήση υλικών που φέρουν επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα διότι προσφέρει μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης.	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό CRESCENT γωνιωτό κατά 45° για τομή 2,5 mm με άνω κοπτικά σημεία γωνίας 55°. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανakλάσεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΚΙΩΝΑΣ 1Α, ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΚ 44 51
ΑΦΜ: 082000000 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2020235 FAX: 210 2020775

Πέτρος Κλάγκος

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων