



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

« ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ »

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΓΙΑΔΟΥΛΗΣ

Τηλέφωνο: 213 20 52 835/834

E-Mail : gr.prom@ophthalmiatreio

ΑΘΗΝΑ	20-09-2023
Αρ.Πρωτ	4091

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προς όλους τους ενδιαφερομένους

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ:6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: **ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΜ. (6)**

Το ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» προβαίνει σε ερευνά αγοράς για την ανωτέρω συσκευή. Κάτωθι παρατίθενται οι Ζητούμενες Τεχνικές περιγραφές και τα Τεχνικά στοιχεία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η συσκευή θα πρέπει να κάνει αναρρόφηση και φιλτράρισμα των καπνών που παράγονται κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων
2. Η ενεργοποίηση της αναρρόφησης θα πρέπει να έχει ΑΥΤΟΜΑΤΗ, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης της λειτουργίας της ηλεκτροκίνητης μονάδας υψηλής συχνότητας (διαθερμίας)ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ , ενεργώντας απευθείας στη μονάδα μέσω ποδοδιακόπτη . Η ροή της αναρρόφησης να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες .
3. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο αναρρόφησης με την ένδειξη της κατάστασης ταυτοποίησης των φίλτρων.
4. Να διαθέτει δύο (2) είδη διαφορετικών φίλτρων (ULPA τύπου) , τα οποία να αντικαθίστανται γρήγορα και να περιέχουν ένα ενεργό μέρος παραγόμενων καπνών και του συνδετήρα 7/8" (22mm).
5. Τα φίλτρα να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο της κατάστασης χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τάση δικτύου : 230V ή κατόπιν αιτήματος 115V
2. Συχνότητα δικτύου 50/60 hz
3. Ηλεκτρική ισχύς εισόδου : 800 VA
4. Μέγιστη στατική αναρρόφηση: 250 mbar (83 σε H₂O)
5. Τύπος φίλτρου : ULPA με ενεργούς άνθρακες
6. Αποτελεσματικότητα φίλτρου : πάνω από 99,99%
7. Διάμετρος σωματιδίων 0,12 μικρά
8. Μέγεθος : 370 X144X h 319mm
9. Βάρος : 4 κιλά

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Φίλτρο ULPA (5 ώρες) μπλε
2. Φίλτρο κιτ αναρρόφησης
Σωλήνας διάμετρος 22mm μήκος 2,4mm
3. Κιτ αναρρόφησης
Προσαρμογέας 10mm ,μήκος 1,8m
Κλίπ για να στερεώνεται ο σωλήνας στην λαβή
Προσαρμογέας στη λαβή
4. Καλώδιο ρεύματος

Τρόπος πληρωμής: Ως ορίζει ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09-05-2013) και ο Ν. 4412/2016, Άρθρο 200, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021, Άρθρο 102.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **27-09-2023 αποκλειστικά και μόνο με E.MAIL στο supplies@ophthalmiatreio.gr** με θέμα **"ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6/ ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ "**.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-09-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27-09-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213 – 20 52 834 & 835

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΡΜΠΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ