



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ « ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ »

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 213 20 52 834

E-Mail : gr.prom@ophthalmiatreio

ΑΘΗΝΑ	11-10-2021
Αρ.Πρωτ	3711

Αναρτητέα ΚΗΜΔΗΣ,ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Προς όλους τους ενδιαφερομένους

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ:1

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:
ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΜ. (1)**

Το ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» προβαίνει σε ερευνά αγοράς για την ανωτέρω συσκευή. Κάτωθι παρατίθενται οι Ζητούμενες Τεχνικές περιγραφές και τα Τεχνικά στοιχεία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η συσκευή θα πρέπει να κάνει αναρρόφηση και φιλτράρισμα των καπνών που παράγονται κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων
2. Η ενεργοποίηση της αναρρόφησης θα πρέπει να έχει ΑΥΤΟΜΑΤΗ, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης της λειτουργίας της ηλεκτροκίνητης μονάδας υψηλής συχνότητας (διαθερμίας)ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ , ενεργώντας απευθείας στη μονάδα μέσω ποδοδιακόπτη . Η ροή της αναρρόφησης να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες .
3. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο αναρρόφησης με την ένδειξη της κατάστασης ταυτοποίησης των φίλτρων.
4. Να διαθέτει δύο (2) είδη διαφορετικών φίλτρων (ULPA τύπου) , τα οποία να αντικαθίστανται γρήγορα και να περιέχουν ένα ενεργό μέρος παραγόμενων καπνών και του συνδετήρα 7/8" (22mm).
5. Τα φίλτρα να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο της κατάστασης χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τάση δικτύου : 230V ή κατόπιν αιτήματος 115V
2. Συχνότητα δικτύου 50/60 hz
3. Ηλεκτρική ισχύς εισόδου : 800 VA
4. Μέγιστη στατική αναρρόφηση: 250 mbar (83 σε H₂O)
5. Τύπος φίλτρου : ULPA με ενεργούς άνθρακες
6. Αποτελεσματικότητα φίλτρου : πάνω από 99,99%
7. Διάμετρος σωματιδίων 0,12 μικρά
8. Μέγεθος : 370 X144X h 319mm
9. Βάρος : 4 κιλά

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Φίλτρο ULPA (5 ώρες) μπλε
2. Φίλτρο κιτ αναρρόφησης
Σωλήνας διάμετρος 22mm μήκος 2,4mm
3. Κιτ αναρρόφησης
Προσαρμογέας 10mm ,μήκος 1,8m
Κλίπ για να στερεώνεται ο σωλήνας στην λαβή
Προσαρμογέας στη λαβή
4. Καλώδιο ρεύματος

21PROC009346475 2021-10-12

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ : ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 , 1^{Ος} ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20-10-2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2052834-835

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ