



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

« ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ »

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Ε.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ/Ε.ΦΡΑΓΓΙΑΔΟΥΛΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τηλέφωνο: 213 20 52 834/835

E-Mail : gr.prom@ophthalmiatreio.gr

ΑΘΗΝΑ	18-04-2022
Αρ.Πρωτ	1773

Αναρτητέα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προς όλους τους ενδιαφερομένους

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Αγορά ενός «ηλεκτρονικού πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας (οπτότυπο)»

Το ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» προβαίνει σε ερευνά αγοράς για την Αγορά ενός «ηλεκτρονικού πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας (οπτότυπο)».

Η προϋπολογισθείσα Δαπάνη ανέρχεται στα **3.100,00€**, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ:1557/07-04-2022 Απόφαση με ΑΔΑ:6ΚΣΔ46ΜΧ1Θ-ΖΛΡ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ηλεκτρονικού πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας (οπτότυπο)»
1	Να αποτελείται από οθόνη μεγέθους από 21'' έως 24'', με ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
2	Να συνοδεύεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο και να έχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και με άλλες συσκευές όπως tablet.
3	Η απόσταση τοποθέτησης να είναι από 2 έως 8 μέτρα
4	Να μπορεί να προβάλλει οπτότυπα σε μορφή ETDRS.
5	Να υπάρχει δυνατότητα προβολής ολοκλήρου του οπτοτύπου ή κατά σειρά, κατά στήλη ή κατά σημείο.
6	Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity), χρωματικής αντίληψης (ishihara test) καθώς και να διαθέτει δοκιμασίες για τον έλεγχο της στερεοσκοπικής όρασης και των μεταμορφοψιών.
7	Να διαθέτει video κινούμενων σχεδίων ή εικόνες για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
8	Να δύναται να δεχθεί φωτογραφίες και Video μέσω USB.

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ : ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 , 1^{Ος} ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18-04-2022, ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :19-04-2022
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29-04-2022 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 213-2052834-835**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ