

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	38412000-6	Ψηφιακό θερμόμετρο υπέρυθρων μετώπου	TEM	3
2	33141620-2	Πιεσόμετρο ψηφιακό μπράτσου	TEM	1
3	33141620-2	Στηθοσκόπιο απλό	TEM	4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΡΘΩΝ

- Να παρέχει μέτρηση σε χρόνο το πολύ 5 sec
- Να παρέχει μέτρηση χωρίς επαφή
- Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις μνήμης αποθήκευσης
- Να απενεργοποιείται αυτόματα
- Να διαθέτει οθόνη LCD
- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς
- Να διαθέτει CE

- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να προσκομίστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

- Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
- Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και λειτουργία του, στέρα και με ασφάλεια
- Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM), της διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίματος
- Να έχει εύρος μετρήσεως: BPM: 40 – 200/min NIBP: 30 – 250 mmHg
- Να έχει ακρίβεια μετρήσεων: $\rightarrow$ BPM: ± 5 μονάδες τουλάχιστον. $\rightarrow$ NIBP: ± 3 μονάδες τουλάχιστον
- Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη
- Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων
- Να είναι δυνατή η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
- Να συνοδεύεται από περιχειρίδα ενηλίκων (22 - 42 cm περίπου)
- Να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ανταλλακτική περιχειρίδα αν ζητηθεί
- Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται
- Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο
- Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και 8 επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρίας
- Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να προσκομίστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΛΟ

- Να διαθέτει κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Να διαθέτει σωλήνα ακουστικών υψηλής απόδοσης
- Να διαθέτει στεφάνη κώδωνα που να μην παγώνει τον ασθενή
- Να είναι άνετο και ανθεκτικό
- Να διαθέτει CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.